

Superbakterie-larm: Amikacinresistent *P. aeruginosa* ST17



SPANIEN

INTENSIVVÅRDSAVDELNING I PAMPLONA
2020

METOD:

ERCP

SMITTÄMNE:


AMIKACINRESISTENT ST17 *P. AERUGINOSA*



INFEKTERADE FALL:

- 5 PATIENTER SOM
KOLONISERADES/INFEKTERADES
INOM

←5 DAGAR EFTER ERCP



FEL VID RENGÖRING:

BIOFILMBILDANDE STAM KONTAMINERADE KOLANGIOSKOP; TVÅ SKOP POSITIVA OCH
GENETISKT ÖVERENSSTÄMMANDE KLINISKA ISOLAT.



EFFEKTER AV SMITTÄMNET:

MÅTTLIGT VIRULENT, BIOFILMBILDANDE KLON SOM ORSAKAR INVASIVA INFEKTIONER
(BSI, KOLONISERING).

KONSEKVENSER:

- DEKONTAMINERING OCH UTBYTE AV ENDOSKOP
- FÖRBÄTTRAD ÖVERVAKNING
- SANNOLIKT LÄNGRE VISTELSER PÅ INTENSIVVÅRDSAVDELNINGEN
OCH HÖGRE LABORATORIEKOSTNADER.



**Skydda dina patienter, skydda ditt sjukhus,
låt oss hitta rätt lösning tillsammans.**

KÄLLA: Fernández-Cuenca F, Pascual Á, Martínez-Martínez L, et al. Utbrott av amikacinresistent ST17 *Pseudomonas aeruginosa* i samband med ERCP-endoskop. J Antimicrob Chemother. 2020;75(6):1575–1579.
<https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32372127/>

ASP International GmbH,
Im Majorenacker 10, Schaffhausen Schweiz
©ASP 2025. Alle Rechte vorbehalten.

asp.com

AP-2501326-10-1